



**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15.034/2020 - PERP
PROPOSTA DE PREÇOS**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÓ - CE
Pregão Eletrônico n.º 15.034/2020 - PERP**

Objeto: DO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BOMBAS DE NFUSÃO DESTINADAS A UTI – UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA PARA O ANTEDIMENTO DE PACIENTES COVID-19, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚDE ICÓ – CE.

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Nome da Empresa e/ ou Licitante:		I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	
CNPJ:	18.031.325/0001-05	CPF:	013.784.355-08
Endereço:		AV. BERNARDO SAYÃO, Nº 785, SETOR CENTRO	
Fones:	(62)3397-2256	Inscrição Estadual:	10.646.631-3
Representante Legal:	ITALO SEIXAS COSTA	Cargo:	PROPRIETÁRIO
Identidade / Órgão:	0989649253 SSP/BA	CPF:	013.738.355-08
E-mail:		LICITACAO@CENTRALTELEMEDICINA.COM.BR COMERCIAL2@CENTRALTELEMEDICINA.COM.BR	

ITEM	QTD.	UND.	NOME DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	30	UND	Bomba de Infusão	Dimensões 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) Peso 1,33 Kg Adaptador de energia entrada A.C. 100V-240V~ 50-60Hz saída D.C. 15V- 2A Tensão de entrada para a bomba de infusão D.C.: 15 V Potência 160kPa Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa ±30kPa Mínimo: 40kPa ±20kPa Tempo para ativação do alarme de oclusão; bolus máximo (desempenho Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a essencial) pressão está dentro de 40kPa ± 20kPa por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa ± 30kPa e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). Manter a Veia Aberta (KVO) Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h; 1ml/h Taxa de fluxo < 1ml/h, Taxa de KVO = Taxa de fluxo Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado. 1min50s a 2min Tempo para pausa de alarme 1min50s a 2min	MDK MED Model: MI 22	R\$ 4.900,00	R\$ 147.000,00



			<p>Alarme de alta prioridade (desempenho essencial) Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). Classificação Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 Requisitos de ambiente Temperatura para armazenamento:-20°C~ + 60°C ; Temperatura para operação:5°C~ + 40°C; Tempo de vida útil 5 anos 3. Funcionalidades Principais e Mais Frequentes → Define a taxa de fluxo de infusão, define VTBI e exibe dados em tempo real. → Exibe o volume já infundido. → Purgar/bolus → Alarme → Altera automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída; → Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme. → Exibe o Volume a ser Administrado (VTBI). → Limpa os dados de VTBI. → Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão; → Bateria interna. → Adaptador DC externo. → Conectividade sem fio WiFi.</p>			
TOTAL:						RS 147.000,00

PROPOSTA: CENTO E QUARENTA E SETE MIL REAIS.

3 - DO FORNECIMENTO;

- O fornecimento terá início a partir da assinatura do contrato/emissão da ordem de fornecimento.

4 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

De acordo com o especificado no Edital.

5 - PRAZO DE ENTREGA:

De acordo com o especificado no Edital.

6 - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS:

A proposta terá validade de 90 (Noventa) dias, a partir da data de abertura do pregão;

7 - LOCAL E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:



De acordo com o especificado no Edital.

8 - DADOS DA CONTA BANCÁRIA:

Nº do Banco: 341
Agência: 4371
Conta corrente da licitante: 15265-5
Banco Itaú



DECLARAMOS, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às leis, decretos, portarias e resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

DECLARAMOS que os valores da proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei n.º 8.666/93, em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional.

DECLARAMOS ainda, que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

DECLARAMOS ainda, a garantia de 12 meses ou prazo solicitado em edital dos itens cotados a cima.

DECLARO que esta proposta foi elaborada de forma independente.

DECLARAMOS ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências do Edital.

DECLARAMOS que prestaremos todo o serviço solicitado em edital, quanto a instalação, assistência técnica e treinamento

RIALMA/GO, 22 de Outubro de 2020

I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA - EIRELI

18.031.325/0001-05

ITALO SEIXAS COSTA

RG: 0989649253 SSP/BA

CPF/MF: 013.784.355-08

18.031.325/0001-05

I. S. Costa Central Telemedicina Eireli-ME

Av. Bernardo Sayão n°785 Qd.46 Lt.06

Setor Central - C E P: 76.310-000

RIALMA - GOIÁS