

ADENDO nº 2

PREGÃO ELETRONICO Nº 15.008/2020-PE

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EQUIPAMENTOS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS AOS LEITOS COVID-19 (CENTRO DE PARTO NORMAL E UTI – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO) QUE SERÃO UNIDADES SENTINELAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS/COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ICÓ-CE.

Onde Lê-se no Anexo I – Termo de Referência do Edital

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1.1	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COM BRAÇADEIRA EM VELCRO	UND	30
1.2	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ALGODÃO, FECHO VELCRO	UND	08
1.3	ESTETOSCOPIO CLINICO COM BASE EM ACO INOX ADULTO	UND	30
1.4	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND	08
1.5	MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI ADULTO	UND	30
1.6	MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI INFANTIL	UND	24
1.7	MASCARA COM RESERVATORIO NÃO REINALANTE ADULTO	UND	30
1.8	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE INFANTIL	UND	08
1.9	OXIMETRO DE PLUSO DE MESA, MONITOR PORTATIL OPERADO A BATERIA E/OU REDE ELETRICA	UND	25
1.10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	30
1.11	GLICOSÍMETRO	UND	20
1.12	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUM INTERNA FIBRA OPTICA /HALOGENA/XENON COMP 5 LAMINAS	UND	15
1.13	LARINGOSCOPIO INFANTIL. ILUMINACAO INTERNA FIBRA OPTICAHALOGENA XENON COMPOSICAO 05 LAMINAS RIGIDAS.	UND	04
1.14	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS 04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE	UND	04
1.15	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO E MARCA-PASSO	UND	04
1.16	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO	UND	10
1.17	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL	UND	05
1.18	ALMOTOLIAS EM POLIPROPILENO COM 500ML	UND	40
1.19	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO	UND	20
1.20	BOMBA DE INFUSAO 3 VIAS. CARACTERISTICAS FISICAS/ESPECIFICACOES: KVO/ POSSUI; ALARMES/ POSSUI; PROGRAMACAO DA INFUSAO/ POSSUI; BOLUS/POSSUI; EQUIPO/	UND	30



	UNIVERSAL; BATERIA/ POSSUI.		
1.21	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOSNEGATOSCOPIO COM 3 CORPOS, PARAFIXAR NA PAREDE;ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO COMTRATAMENTO ANTI-FERRUGEM ESUPERFICIE TRANSLUCIDA EM ACRILICOBRANCO LEITOSO, LEITOS E CANALETASEM ACO;ILUMINACAO POR MEIO DE LAMPADASFLUOR	UND	13
1.22	REANIMADOR PULMONAR TIPO AMBU, ADULTO. COMPONENTES VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA	UND	24
1.23	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL EP12 PORTATIL COM 12 DERIVACOES	UND	01
1.24	CARRO MACA - GRADES LATERAIS - TODA ESMALTADA - RODIZIOS 3" - SEM FREIOS. ESTRUTURA TUBULAR DE BASE COM 31.75MM, RODIZIOS GIRATORIOS DE 3" SEM FREIOS, LEITO REMOVÍVEL COM CABECEIRA REGULÁVEL	UND	07
1.25	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCAO ACO FERRO PINTADO RODIZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO COM TECIDO.	UND	13
1.26	INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAIDAS TENSAO 127 220 V BIVOLT AUTOMATICO PLUGUE 3 PINOS FREQUENCIA 60 HZ FUSIVEL 5 A ACAO RAPIDA 2CM PROTECAO TERMICA 150 C COMPRESSOR PISTAO OSCILANTE ISENTO DE OLEO POTENCIA NOMINAL TOTAL 150W OU 1 5CV	UND	20
1.27	COMADRE DE INOX FORTINOX TAM 40X30CM 3500ML ACO INOXIDAVEL	UND	25
1.28	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL FABRICADA EM ACO CARBONO COM ASSENTOENCOSTO EM NYLON DOBRAVEL FREIOS BILATERAIS ARO IMPULSOR BILATERAL APOIO PARA BRACOS E PES RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 EM A COM PNEUS MACICOS	UND	10

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
2.1	ARMARIO DE ACO 3 PORTAS SUSPENSO	UND	05
2.2	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Inclinação do leito de 55º Graus; Acionamento através de controle remoto e motor Bivolt. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais material termoplástico injetado Rodizios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. ACOMPANHA COLCHÃO D28	UND	22
2.3	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES : Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarina modelo Iso 4 lugares 04 Assentos modelo Iso em polipropileno 04 Encostos modelo Iso em polipropileno Parafusos 50 x 30 Acabamento dos pés: Ponteira plástica Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, Peso por lugar Recomendado: Usuário de até 120 kg Cores, Diversas, Estrutura: base em aço, padrão de envio: preto, Medidas 201cmx72cmx40cm Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87 cm	UND	08
2.4	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRÔ, MEDINDO 1,50X0,60X0,75M. EM	UND	04



	MDP. ARMAÇÃO DE FERRO COM 2 GAVETAS.		
2.5	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA - ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTE CHAMA - BORDA PVC, NA COR PRETA	UND	04
2.6	COLCHÃO HOSPITALAR D33 88X188X12 COMPOSTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO SELADA. POSSUI REVESTIMENTO EM NAPA (CURVIM) FACILITANDO SUA LIMPEZA E PERMITINDO LAVAGEM.	UND	22
2.7	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	UND	22
2.8	ARMARIO BALCAO 02 PORTAS PEQUENAS - MEDINDO 0,80x80x0,37 MADEIRA MDF, COM CHAVE	UND	20
2.9	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER - ESTRUTURA DO LEITO GRADES LATERAIS RODÍZIOS AÇO OU FERRO PINTADO - COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28	UND	22
2.10	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UND	18
2.11	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280L 1 PORTA 220V	UND	05
2.12	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 200LITROS COM 4 TORNEIRAS INOX 220VOLTS	UND	03
2.13	MESA DE PLASTICO 70x70cm, quadrada na cor branca,	UND	06
2.14	CADEIRAS BISTRO SEM BRAÇO SUP140KGMATERIAL: POLIPROPILENO EMPILHAVEL	UND	24
2.15	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO - MATERIAL: POLIPROPILENO; TAMANHO: 55X41X80CM; PESO SUPORTADO (KG): 80; COR: BRANCA;	UND	35

Leia-se no Anexo I – Termo de Referência do Edital

3. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
1.1	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO COMPLETO COM BRAÇADEIRA EM VELCRO	UND	30
1.2	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ALGODAO, FECHO VELCRO	UND	08
1.3	ESTETOSCOPIO CLINICO COM BASE EM AÇO INOX ADULTO	UND	30
1.4	ESTETOSCOPIO INFANTIL	UND	08
1.5	MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI ADULTO	UND	30
1.6	MASCARA FACIAL PARA OXIGENIOTERAPIA COM SISTEMA DE VENTURI INFANTIL	UND	24
1.7	MASCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE ADULTO	UND	30
1.8	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALANTE INFANTIL	UND	08
1.9	OXIMETRO DE PLUSO DE MESA, MONITOR PORTATIL OPERADO A BATERIA E/OU REDE ELETRICA	UND	25
1.10	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL	UND	30
1.11	GLICOSÍMETRO	UND	20
1.12	LARINGOSCOPIO ADULTO, ILUM INTERNA FIBRA OPTICA /HALOGENA/XENON COMP 5 LAMINAS	UND	15
1.13	LARINGOSCOPIO INFANTIL. ILUMINACAO INTERNA FIBRA OPTICAHALOGENA XENON COMPOSICAO 05 LAMINAS RIGIDAS.	UND	04
1.14	CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR - CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, GAVETAS	UND	04



	04GAVETAS, SENDO A 1ª COM DIVISÃO, SUPORTE SUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 SUPORTE SORO E CILINDRO DE O2, ACESSÓRIOS TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA, ACESSÓRIOS 01 EXTENSÃO ELÉTRICA, MÍNIMO 5 METROS E ATÉ 7 PLUGS, ACESSÓRIOS 02 TRAVA DE GAVETAS COM LACRE		
1.15	DEFIBRILADOR/CARDIOVERSOR COM MONITOR MULTIPARÂMETRO E MARCA-PASSO	UND	04
1.16	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO	UND	10
1.17	FIO GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL INFANTIL	UND	05
1.18	ALMOTOLIAS EM POLIPROPILENO COM 500ML	UND	40
1.19	SUPORTE PARA SORO COM REGULAGEM DE ALTURA E RODÍZIO	UND	20
1.20	BOMBA DE INFUSÃO 3 VIAS. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ESPECIFICAÇÕES: KVO/ POSSUI; ALARMES/ POSSUI; PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO/ POSSUI; BOLUS/POSSUI; EQUIPO/ UNIVERSAL; BATERIA/ POSSUI.	UND	30
1.21	NEGATOSCOPIO DE 3 CORPOS NEGATOSCOPIO COM 3 CORPOS, PARAFIXAR NA PAREDE; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM ESUPERFÍCIE TRANSLUCIDA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO, LEITOS E CANALETAS EM AÇO; ILUMINAÇÃO POR MEIO DE LAMPADAS FLUOR	UND	13
1.22	REANIMADOR PULMONAR TIPO AMBU, ADULTO. COMPONENTES VÁLVULA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO E MEMBRANA DE SILICONE COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA	UND	24
1.23	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL EP12 PORTATIL COM 12 DERIVAÇÕES	UND	01
1.24	CARRO MACA - GRADES LATERAIS - TODA ESMALTADA - RODÍZIOS 3" - SEM FREIOS. ESTRUTURA TUBULAR DE BASE COM 31.75MM, RODÍZIOS GIRATORIOS DE 3" SEM FREIOS, LEITO REMOVÍVEL COM CABECEIRA REGULÁVEL	UND	07
1.25	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO RODÍZIOS POSSUI TAMANHO TRIPLO COM TECIDO.	UND	13
1.26	INALADOR NEBULIZADOR HOSPITALAR 4 SAÍDAS TENSÃO 127 220 V BIVOLT AUTOMÁTICO PLUGUE 3 PINOS FREQUÊNCIA 60 HZ FUSÍVEL 5 A AÇÃO RÁPIDA 2CM PROTEÇÃO TÉRMICA 150 C COMPRESSOR PISTÃO OSCILANTE ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA NOMINAL TOTAL 150W OU 1 5CV	UND	20
1.27	COMADRE DE INOX FORTINOX TAM 40X30CM 3500ML AÇO INOXIDÁVEL	UND	25
1.28	CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO ENCOSTO EM NYLON DOBRAVEL FREIOS BILATERAIS ARO IMPULSOR BILATERAL APOIO PARA BRACOS E PÉS RODAS DIANTEIRAS ARO 06 COM PNEUS MACÍCOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24 EM A COM PNEUS MACÍCOS	UND	10
1.29	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Inclinação do leito de 55º Graus; Acionamento através de controle remoto e motor Bivolt. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo. Grades laterais material termoplástico injetado Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. ACOMPANHA COLCHÃO D28	UND	22



1.30	COLCHÃO HOSPITALAR D33 88X188X12 COMPOSTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO SELADA. POSSUI REVESTIMENTO EM NAPA (CURVIM) FACILITANDO SUA LIMPEZA E PERMITINDO LAVAGEM.	UND	22
1.31	CAMA HOSPITALAR ADULTO SEM MOVIMENTO FAWLER - ESTRUTURA DO LEITO GRADES LATERAIS RODÍZIOS AÇO OU FERRO PINTADO - COLCHÃO HOSPITALAR MÍNIMO D28	UND	22

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS PERMANENTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD
2.1	ARMARIO DE AÇO 3 PORTAS SUSPENSO	UND	05
2.2	CADEIRA LONGARINA 04 LUGARES : Estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 x 30 longarina modelo Iso 4 lugares 04 Assentos modelo Iso em polipropileno 04 Encostos modelo Iso em polipropileno Parafusos 50 x 30 Acabamento dos pés: Ponteira plástica Acabamento da Estrutura: pintura epóxi pó texturizado, Peso por lugar Recomendado: Usuário de até 120 kg Cores, Diversas, Estrutura: base em aço, padrão de envio: preto, Medidas 201cmx72cmx40cm Assento: 50cm x 48cm x 40cm, altura até o piso 50 cm Encosto: 40cm x 29cm x 35cm, altura até o piso 87 cm	UND	08
2.3	MESA PARA ESCRITÓRIO TIPO BIRO, MEDINDO 1,50X0,60X0,75M. EM MDP. ARMAÇÃO DE FERRO COM 2 GAVETAS.	UND	04
2.4	CADEIRA TIPO SECRETARIA COM BASE GIRATÓRIA, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA - ESPUMA LAMINADA REVESTIDA EM TECIDO ANTE CHAMA - BORDA PVC, NA COR PRETA	UND	04
2.5	ESCADA COM 02 DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	UND	22
2.6	ARMARIO BALCAO 02 PORTAS PEQUENAS - MEDINDO 0,80x80x0,37 MADEIRA MDF, COM CHAVE	UND	20
2.7	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	UND	18
2.8	GELADEIRA REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 280L 1 PORTA 220V	UND	05
2.9	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 200LITROS COM 4 TORNEIRAS INOX 220VOLTS	UND	03
2.10	MESA DE PLASTICO 70x70cm, quadrada na cor branca,	UND	06
2.11	CADEIRAS BISTRO SEM BRAÇO SUP140KGMATERIAL: POLIPROPILENO EMPILHAVEL	UND	24
2.12	CADEIRA DE PLASTICO COM BRACO - MATERIAL: POLIPROPILENO; TAMANHO: 55X41X80CM; PESO SUPORTADO (KG): 80; COR: BRANCA;	UND	35

2.0 – DA JUSTIFICATIVA

2.1 – As alterações ora realizadas se deram em função de alguns equívocos detectados após a publicação do Processo em tela, e para não comprometer a realização deste, foram realizadas tais alterações afim de ampliar a competitividade;

2.2 – Tendo em vista que o fornecimento em tela é essencial e indispensáveis para o bom andamento das atividades da Secretaria de Saúde, consiste também na inconveniência da suspensão das atividades de interesse público;

2.3 – Ademais, as consequências da anulação total da licitação, seguida de novo planejamento para nova contratação importaria sacrifício insuportável ao interesse público primário a ser atendido pelo

fornecimento, podendo assim, causar a suspensão das atividades de interesse público e por sua vez ser inconveniente e danoso a municipalidade bem como aos usuários dos serviços públicos;

2.4 – Os demais Lotes permanecem da mesma Maneira, sem alteração


3.0 – DA DATA DA ABERTURA DO CERTAME

3.1 – Cadastramento das Propostas a partir do dia 13/05/2020 até 27/05/2020 às 08:00 h (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura e julgamento das propostas será dia 27/05/2020 às 08:01 às 08:59 h (horário de Brasília), e a fase de disputa de lance no dia 27/05/2020 às 09:00 h (horário de Brasília).

4.0-DAS DEMAIS ALTERAÇÕES

4.1– Ficam mantidas as demais condições no Edital no que não colidirem com as deste ADENDO.

Icó-Ce, 19 de maio de 2020.




José Ivan de Paiva Júnior
José Ivan de Paiva Júnior
Pregoeiro Oficial do Município

CERTIDÃO DE DIVULGAÇÃO DO AVISO DE ADENDO

Certificamos que o Termo de Adendo ao Pregão Eletrônico nº 15.008/2020, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos hospitalares, equipamentos permanentes e equipamentos de informática destinados aos leitos COVID-19 (Centro de Parto Normal e UTI – Unidade de Tratamento Intensivo) que serão unidades sentinelas de combate ao coronavírus/COVID-19 no município de Icó-Ce, foi afixado no dia 19 de maio de 2020 no flanelógrafo desta Prefeitura Municipal, conforme estabelece a legislação em vigor.

Icó/CE, 19 de maio de 2020.



José Ivan de Paiva Júnior
José Ivan de Paiva Júnior
Pregoeiro